

# Стоматологическая установка АВС 04 – 012 (2 модификация)

Год выпуска 04.05.2005

Установка укомплектована:

- инструментальным столиком
- галогенным светильником
- электромеханическим слюноотсосом
- плевательницей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Напряжение питания: 220V/50 Hz
- Максимальная используемая мощность: 200 W
- Рабочее давление: 0,3 - 0,6 bar
- Галогенный светильник: 12V/55W
- Интенсивность света светильника: 15000-20000 lx
- Осветительное расстояние: 700 mm
- Скорость вращения турбины: 280000-450000 rpm
- Скорость вращения микродвигателя: MV 2. 20 600 - 20000 rpm
- Скорость вращения микродвигателей: P2ED460, MC2 40 IR O- 40000 rpm
- Высота кресла в поднятом состоянии: 800 mm
- Высота кресла в опущенном состоянии: 400 mm
- Максимальный поднимаемый вес по вертикали: 160kg
- Максимальный вес оборудования: 130kg

Реализуется в связи с отсутствием эксплуатации.



